



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Комунальне некомерційне підприємство
«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»

вул. Київська, 68, м. Вінниця, поштовий індекс 21032, сайт <https://mklshmd.com.ua>
тел: 66-53-39, факс: 66-45-68, e-mail: mklshmd@ukr.net

«25» 07 2023 р. № 01-26/1275

Відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 зі змінами Замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися замовником під час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призводять до порушення статті 5 цього Закону. Консультації з ринком можуть проводитися через електронну систему закупівель шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб'єктів господарювання або шляхом організації відкритих зустрічей з потенційними учасниками. Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю суб'єктів господарювання у підготовці вимог до тендерної документації.

Враховуючи вищевикладене, Замовник- комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» з метою аналізу ринку, дотримання принципів здійснення публічних закупівель, досягнення максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, а також **з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі оголошує попередні ринкові консультації** з суб'єктами господарювання різної форми, для отримання комерційних пропозицій, за предметом закупівлі:

операційний електрогідравлічний стіл - 1 одиниця

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Місце поставки товару: вул. Київська, 68, м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, 21032.

Телефон контактної/уповноваженої особи: +380432664039, Мосійчук Лілія, Довгаленко Ірина

E-mail контактної/уповноваженої особи: mklshmd@ukr.net

Умови оплати: післяоплата протягом 30 календарних днів з дня отримання товарів.

Строк поставки товарів до 31.12.2023 року

Додатково інформація розміщена на сайті: <https://mklshmd.com.ua>

Консультація відбудеться за особистої присутності представників учасників у приміщенні КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Київська, 68, м. Вінниця. **31 липня 2023 року о 12.00 годині.**

У разі неможливості особистої присутності консультація за бажанням представника може здійснюватися за допомогою конференції Zoom (відповідно до запиту учасника).

Крім того, всі пропозиції, рекомендації, комерційні пропозиції та інші матеріали можна надіслати на електронну пошту контактної особи вказаної в даному оголошенні.

Додаток: *технічні характеристики стола операційного – на 3 арк.*

Уповноважена особа/бухгалтер

Ірина ДОВГАЛЕНКО



Багатофункціональний універсальний електрогідрравлічний операційний стіл , ДК 021:2015 – 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (код НК 024:2023 – 35379 — Стіл операційний універсальний електрогідрравлічний)

№ з/п	Код НК 024:2023	Найменування виробу	Одиниця виміру	Кількість
1	35379	Стіл операційний універсальний електрогідрравлічний (Universal operating table, electrohydraulic)	Шт	1

№ п/п	Вимога
1	Технічні вимоги:
1.1	Багатофункціональний універсальний операційний стіл призначений для виконання хірургічних процедур в операційних професійним медичним персоналом.
1.2	Стіл повинен мати не менше ніж 6 секцій: - Головна секція; - Нижня спинна секція; - Верхня спинна секція; - Центральна секція; - Додаткова секція з гінекологічним вирізом; - Ножна секція (роздільна).
1.3	Привід спинної секції, підйом стільниці, повинні здійснюватися з ручного пульта управління, привід повинен бути електрогідрравлічний
1.4	Орієнтація пацієнта (Нормальний і реверсивний режими) повинні здійснюватися з ручного пульта управління
1.5	Головна секція має бути з'ємною, з можливістю підйому паралельно поверхні столу (подвійна артикуляція)
1.6	Стіл повинен комплектуватися дротяним пультом керування, з передбаченими наступними клавішами регулювань: Тренделенбург, Анти-Тренделенбург, підйом і опускання висоти, бічні нахили, регулювання ножної секції, реверсивне (зворотне) положення столу, нульова позиція, не менше однієї запрограмованої позиції)
1.7	Повинна бути передбачена комплектація додатковим пультом керування або резервною системою управління функціями столу на колоні з повним дублюванням функцій основного пульта
1.8	Повинна бути передбачена система швидкого з'єднання і фіксації знімних секцій один з одним без необхідності закручування гвинтів за рахунок спеціального механізму
1.9	Стіл повинен мати можливість комбінації знімних секцій у будь-якому поєднанні для формування стільниці необхідної конфігурації
1.10	У робочому положенні стіл повинен спиратись на висувні підлогові фіксатори.
1.11	Стіл повинен мати корпус (обшивку станини і колони) виконаними із нержавіючої сталі
1.12	Секції столу повинні бути виконані з рентген-прозорого матеріалу по всій довжині столу
1.13	Стіл повинен мати тримач рентген касет під спинною та ножною секціями
1.14	Для того щоб захистити пацієнта від небезпечних позицій, рух повинен автоматично зупинятись при досягненні певних проміжних позицій або має бути наявна функція графічної індикації кількісної характеристики параметру (градуси або см(мм))
1.15	Стіл повинен комплектуватися знімними, антистатичними матрацами з кріпленням типу "липучка", стійкими до стирання і деззасобів, що приймають форму та підтримують температуру тіла пацієнта. Товщина матраців не менше 75±5 мм

	Кожна секція столу повинна комплектуватися окремим матрацом і кріпитися до стільниці.
1.16	З метою захисту від контакту секцій столу з його корпусом при різних регулюваннях секцій траєкторія кожного руху має бути обмежена датчиками
1.17	Повинно бути передбачено з'єднання столу з ПК для діагностики столу, його тестування та оновлення програмного забезпечення
1.18	В зворотному положенні має бути наявне регулювання функцій столу (приводами) відповідно як і у нормальному положенні
1.19	Стіл по всій довжині повинен мати направляючі рейки з нержавіючої сталі європейського типорозміру.
1.20	Можливість комплектації столу бездротовим пультом управління
1.21	Стіл повинен комплектуватися акумуляторною батареєю, мінімальна тривалість роботи від акумуляторної батареї, не менше 7 днів або не менше 20ти рухів у повному діапазоні
1.22	Наявність поздовжнього зміщення для проведення операцій під С-дугою, керування має здійснюватися через пульт.
1.23	Стіл повинен комплектуватись опорами для рук із затискачем, не менше 2 шт. Опори для руки повинні регулюватись одним натиском регулюючої ручки з антимікробним покриттям
1.24	Стіл повинен комплектуватись анестезіологічною дугою з відповідним затискачем, не менше 1шт
1.25	Стіл повинен комплектуватись інфузійною стійкою з затискачем та можливістю регулювання кута нахилу, не менше 2шт
1.26	Стіл повинен комплектуватись тримачем трубок і кабелів з відповідним затискачем, не менше 1шт
1.27	Стіл повинен комплектуватись багатопозиційними боковими упорами з відповідними затискачами: <ul style="list-style-type: none"> - Боковий упор вузький (ширина 100 ± 20мм), не менше 2шт Боковий упор широкий (ширина 180 ± 20мм), не менше 1шт
1.28	Стіл повинен комплектуватись тримачем (опорою) руки у боковому положенні пацієнта з відповідним затискачем, не менше 1шт
1.29	Стіл повинен комплектуватись наступними ременями: <ul style="list-style-type: none"> - ремінь для зап'ястя з затискачем, не менше 1шт - ремінь для опор руки, не менше 2шт - ремінь для роздільної ножної секції, не менше 2шт ремінь для ніг та тіла
1.30	Стіл повинен комплектуватись наступними подушками: <ul style="list-style-type: none"> - валик під гомілку та коліно, не менше 1шт - валик круглий $\varnothing 100$мм, не менше 1шт - валик круглий $\varnothing 150$мм, не менше 1шт - подушка клиновидна, мала, не менше 1шт подушка клиновидна, велика, не менше 1шт
1.31	Стіл повинен комплектуватись наступними підкладками з гелю або гель-піни/гель-сітчастої тканини: <ul style="list-style-type: none"> - кільце під голову, для дорослих, не менше 2шт - підголовник для положення лежачи на животі, не менше 1шт - підкладка до опор рук, не менше 2шт - валик під грудну клітину, не менше 1шт підкладка для секцій столу, не менше 1шт

1.32	Стіл повинен комплектуватись підкладним судном з дренажем (ємність не менше 8л), не менше 1шт
1.33	Стіл повинен комплектуватись спеціальним адаптером-перехідником для встановлення спеціальних головних секцій, не менше 1шт
1.34	Стіл повинен комплектуватись додатковою вузькою головною секцією з можливістю підйому паралельно поверхні столу (подвійна артикуляція) , не менше 1шт
1.35	Стіл повинен комплектуватись спеціальною головною секцією для нейрохірургічних втручань, до складу якої мають входити: <ul style="list-style-type: none"> - затискач для черепа з 3-х точковою фіксацією через піни (не менше 2 комплекти, для дорослих), не менше 1шт - опора для голови з гелевими підкладками у вигляді підкови, не менше 1шт адаптер для фіксації голови у положенні сидячи з відповідними затискачами на медичну рейку, не менше 1шт
1.36	Стіл повинен комплектуватись спеціальним візком для розміщення аксесуарів, не менше 1шт
1.37	Безпечне робоче навантаження, не менше 270 кг.
1.38	Безпечне робоче навантаження при зворотній орієнтації не менше 250 кг.
1.39	Загальна довжина, не менше, мм. 2050 мм.
1.40	Ширина стільниці, не менш 520 мм.
1.41	Ширина столу разом з бічними рейками, не більше 620мм.
1.42	Мінімальна висота стільниці, не більше 650 мм.
1.43	Максимальна висота стільниці, не менш 1000 мм.
1.44	Положення Тренделенбург /Антитренделенбург в діапазоні не гірше, +30°/-30°.
1.45	Кут бічного нахилу стільниці в діапазоні не гірше, +20°/-20°.
1.46	Кути регулювання спинної секції в діапазоні не гірше, +70°/-35°.
1.47	Кути регулювання ножної секції в діапазоні не гірше, +80°/-90°.
1.48	Вага столу не менше 250кг але і не більше 270 кг.
2.	Додаткові вимоги.
2.1	Постачальник повинен забезпечити післягарантійне протягом усього терміну експлуатації.